

T.a.v. patiënten Gastro-enterologie

Wilrijk, december 2020

Geachte Heer, Mevrouw

We contacteren u naar aanleiding van een mogelijk probleem dat werd vastgesteld tijdens het onderhoud van één van de desinfectietoestellen die gebruikt worden binnen de dienst Gastro-Enterologie op onze campus Sint-Vincentius.

Op 29/10/2020 werd duidelijk dat een eerdere reparatie op 16/10/2020 door de firma Cantel aan het betreffende toestel niet correct was uitgevoerd, waardoor een desinfecterend product niet correct werd gebruikt. Alle andere chemicaliën die nodig zijn om het toestel zuiver te maken voorafgaand aan uw bezoek, werden wel gebruikt.

Het probleem werd op 29/10 onmiddellijk verholpen door de firma Cantel.

Volgens onze informatie heeft u in de periode 16/10/2020 - 29/10/2020 een endoscopisch onderzoek ondergaan op de afdeling Gastro-Enterologie.

Als gevolg van bovenstaande fout is er geen garantie dat de endoscoop die voor uw onderzoek werd gebruikt correct werd gedesinfecteerd, zodat een kans bestaat op besmetting.

Wij zien het als onze plicht om u transparant en proactief te informeren over dit potentiële risico. Hoewel de kans op transmissie zeer klein blijft, stellen we u voor een kosteloze bloedanalyse te laten uitvoeren voor detectie van een eventuele infectie en deze bloedanalyse na 6 maanden te laten herhalen.

Bijgevoegd vindt u verdere info alsook de labo-aanvraag.

Namens het ziekenhuis,



Peter Mulkens

Directeur Ondersteunende Diensten